



«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Комитета по

новой медицинской технике

Абдурахманов Б.С

2022 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

### ОПИСАНИЕ

Бинт марлевый медицинский нестерильный изготавливают из марли медицинской отбеленной в форме ленты, скатанный в ровный круглый или слегка сплюснутый цилиндр. В зависимости от назначения бинты изготавливают разной ширины и длины.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бинт предназначен для предохранения ран от загрязнений, фиксации повязок и наложения, гипсовых лангет.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать на открытые раны.

### ФОРМА ВЫПУСКА

Бинты изготавливают нестерильными в виде ленты спрессованной в овальную или

прямоугольную форму, упакованную в пакет полиэтиленовый.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бинты должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей, не допуская высокой (более 25° С) и низкой (менее 0°С) температуры воздуха, при относительной влажности воздуха 70%. Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Не ограничен.

### УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «FAZO - LUXE» Республика Узбекистан, '111103, Ташкентская область, Ташкентский р-н, ССГ Гулистан, ул. Оханграбо 21. Телефон: (9989 71) 223-41-99; Факс: (9989 71)223-41-99

E-mail: fazo-luxe@inbox.ru



«КЕЛИШИЛГАН»  
Янги тиббий техника  
қўмитаси раиси  
Абдурахманов Б.С.  
«20» \* 05 2022 й.

## ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА СТЕРИЛЛАНГАНМАГАН ТИББИЙ ДОКАЛИ БИНТ

### ТАЪРИФИ:

Стерилланмаган пахта толали докали тиббий бинтни лента шаклидаги оқартирилган докадан тайёрланган бўлиб, бир текис думалоқ ёки бир оз ясси цилиндрга ўралади. Бинтлар мақсадига қараб, турли кенглик ва узунликларда тайёрланади.

### ҚЎЛЛАНИШ СОҲАСИ:

Бинт яраларни ифлосланишдан ҳимоя қилиш, боғламларни тутиб туриш ва гипс бўлақларини қўйиш учун мўлжалланган.

### ҚЎЛЛАШ МУМКИН БЎЛМАГАН ҲОЛАТЛАР:

Очиқ яраларда фойдаланилмасин.

### ЧИҚАРИШ ШАКЛИ:

Бинтлар стерилланмаган бўлиб, овал ёки тўғри бурчак шаклидаги прессланган лента кўринишида тайёрланиб, полиэтилен пакетларга ўралади.

### САҚЛАШ ШАРОИТИ:

Бинтлар курук, шамоллатиладиган хонада ёнгин хавфсизлиги қоидаларига мувофиқ ифлосланиш, механик шикастланиш ва қуёш нурлари таъсирининг олдини оладиган шароитда, нисбий намлик 70% бўлганда ҳаво ҳарорати юқори (25°C дан ортиқ) ва паст (0°C) бўлишига йўл қўймасдан сақлансин. Буюмларни узоқ вақт давомида салбий ҳарорат, тўғридан-тўғри қуёш нури тушиши ва ҳаддан ташқари жисмоний босим таъсирига тушиб қолиши, тавсия этилмайди.

### САҚЛАШ МУДДАТИ:

Чекланмаган.

### ДОРИХОНАЛАРДАН БЕРИШ ТАРТИБИ:

Шифокор рецептсиз.

### ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ:

“FAZO-LUXE” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси, 111103

Тошкент вилояти, Тошкент тумани, Гулистон ҚФЙ, Оханграбо кўчаси 21.

Телефон: (9989 71) 223-41-99;

Факс: (9989 71) 223-41-99

E-mail: [fazo-luxe@inbox.ru](mailto:fazo-luxe@inbox.ru)



**«СОГЛАСОВАНО»**

Председатель Комитета по  
новой медицинской технике  
Абдурахманов Б.С

«20» 05 2022 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ**

### **ОПИСАНИЕ**

Бинт марлевый медицинский стерильный изготавливают из марли медицинской отбеленной в форме ленты, скатанный в ровный круглый или слегка сплюснутый цилиндр. В зависимости от назначения бинты изготавливают разной ширины и длины.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Бинт предназначен для предохранения ран от загрязнений, используется на открытые раны, а также в качестве операционно-перевязочного материала. Перед использованием, разорвите пергаментную оболочку перекрутив бинт.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Отсутствуют.

### **ФОРМА ВЫПУСКА**

Бинты изготавливают стерильными в виде ленты спрессованной в овальную или прямоугольную форму. Бинты индивидуально упакованы в пергаментную оболочку.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Бинты должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей, не допуская высокой (более 25°C) и низкой (менее 0°C) температуры воздуха, при относительной влажности воздуха 70%. Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

5 лет.

### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Без рецепта врача.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ООО «FAZO - LUXE» Республика Узбекистан, 111103 Ташкентская область,  
Ташкентский р-н, ССГ Гулистан, ул. Оханграбо 21. Телефон: (9989 71) 223-41-99;  
Факс: (9989 71) 223-41-99



«КЕЛИШИЛГАН»  
Янги тиббий техника  
кўмитаси раиси  
Абдурахманов Б.С.  
2022 й.

## Қўллаш бўйича йўриқнома СТЕРИЛЛАНГАН ТИББИЙ ДОКАЛИ БИНТ

### ТАЪРИФИ:

Стерилланган пахта толали докали тиббий бинтни лента шаклидаги оқартирилган докадан тайёрланган бўлиб, бир текис думалоқ ёки бир оз ясси цилиндрга ўралади. Бинтлар мақсадига қараб, турли кенлик ва узунликларда тайёрланади.

### Қўлланиш соҳаси:

Бинт яраларни ифлосланишдан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган, очиқ яраларда, шунингдек, операцияларда боғлов материаллари сифатида фойдаланилади. Ишлатишдан олдин бинтни букиб, пергамент қобиғини йиртиб олинг.

### Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар:

Мавжуд эмас.

### Чиқарилиш шакли:

Бинтлар стерилланган бўлиб, овал ёки тўғри бурчак шаклидаги прессланган лента кўринишида тайёрланади. Бинтлар алоҳида-алоҳида, пергамент қобикларга ўралади.

### Сақлаш шароити:

Бинтлар курук, шамоллатиладиган хонада ёнгин хавфсизлиги қоидаларига мувофиқ ифлосланиш, механик шикастланиш ва қуёш нурлари таъсирининг олдини оладиган шароитда, нисбий намлик 70% бўлганда ҳаво ҳарорати юқори (25°C дан ортиқ) ва паст (0°C) бўлишига йўл қўймасдан сақлансин. Буюмларни узоқ вақт давомида салбий ҳарорат, тўғридан-тўғри қуёш нури тушиши ва ҳаддан ташқари жисмоний босим таъсирига тушиб қолиши, тавсия этилмайди.

### Сақлаш муддати:

5 йил.

### Дорихоналардан бериш тартиби:

Шифокор рецептсиз.

### Ишлаб чиқарувчи:

«FAZO-LUXE» МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси, 111103

Тошкент вилояти, Тошкент тумани, Гулистон ҚФЙ, Оҳанграбо кўчаси 21.

Телефон: (9989 71) 223-41-99;

Факс: (9989 71) 223-41-99

E-mail: [fazo-luxe@inbox.ru](mailto:fazo-luxe@inbox.ru)